

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, znajdujące się w posiadaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Marka/Firma/Model	Wartość początkowa	Zamortyzowano TAK / NIE	Orzeczenie techniczne	Rok Pr.
1	Aparat do biopsji gruczołu krokowego	004634/8	brak danych	5331,40	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1998
2	Pompa infuzyjna	004731/8	brak danych	6763,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1992
3	Pompa infuzyjna	0047733/8	brak danych	6763,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1992
4	resetoskop ST	004752/8	brak danych	27813,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1992
5	cystoskop	004753/8	brak danych	30766,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1992
6	Diatermia 400W	004778/8	brak danych	30240,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1993
7	Videokamera PAL	004777/8	brak danych	31920,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- brak części zamiennych)	1993
8	ureterorenoskop 9,8mm	004799/8	brak danych	29631,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1997
9	mieromotor kavo	004829/8	brak danych	5323,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1993
10	minipiezon saler	004839/8	brak danych	2897,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1996
11	polomierz komputerowy	004949/8	brak danych	38500,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	1998
12	Spirometr 250 Compact	005263/8	brak danych	6152,50	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	2006
13	aparat do mierzenia potliwości	005289/8	brak danych	4480,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (aparat uszkodzony- koszt naprawy nieopłacalny)	2006
14	Polerka Nilfisk SDM 53-1500	005385/8	Nilfisk	6614,19	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (uszkodzony mechanizm jezdny polerki zg. z ekspertyzą serwisową, koszt naprawy nieopłacalny)	2008
15	Odkurzacz wieloczynnościowy parowy	004382/8	ECO PRO 3000 PE 139	2100,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 15.03.2016 (uszkodzona wytwornica pary - brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych)	1998
16	Spawarka elektryczna	000615/4	STA 250 Pr. Polska	2499,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016 (spawarka trwale uszkodzona, powłoki skorodowane, użytkowanie grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia)	1990

17	Wózek paletowy	000633/8	Hydrauliczny Pr. Polska	2068,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016, hydraulika uszkodzona, ogólny stan wózka nie pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.	1998
18	Stół konsumencki z krzesłami	005071/8	Pr. Polska	2000,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016. Stół posiada uszkodzone powierzchnie blatu na wskutek działania wilgoci w miejscu składowania. Krzesła wymagają remontu obić tapicerskich oraz powłok lakierniczych.	
19	Stół do płukania warzyw (po byłej kuchni szpitalnej)	005565/8	Pr. Polska	2500,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016 Stół uszkodzony w trakcie transportu (trzykrotna zmiana miejsca składowania)	2009
20	Wentylator kanałowy 2 sztuki (po byłej kuchni szpitalnej)	005567/6, 005568/6,	Zewnętrzny, Pr. Polska	1520,00 2420,00	TAK TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016 Wentylatory uszkodzone w trakcie demontażu. W chwili obecnej są niesprawne. Sprawdzenie stanu technicznego przez serwis wymaga wkładu finansowego (ok 300,00 zł sztuka) i z uwagi na brak miejsca ich wykorzystania jest bezzasadne.	2001
21	Wózek do przewożenia chorych	000883/8	Model - Leżący Pr. Polska	1666,76	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016	2001
22	Myjnia endoskopowa	004592/8	Mini ETD OLYMPUS Pr. Niemcy	73 980,70	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016. Myjnia wycofana z eksploatacji, w obecnym stanie nie jest dopuszczona do użytkowania. Modernizacja wymaga wkładu finansowego (ok. 2500,00 zł)	2000
23	Unit laryngologiczny	004700/8	Famed Polska	28 000,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016 Unit uszkodzony. Naprawa z uwagi na trudny dostęp części zamiennych jest nieopłacalna. Fotel z unitu po wykonaniu drobnych napraw elektrycznych i tapicerskich nadaje się do eksploatacji.	1998
24	Kocioł warzelny	005095/5	Gazowy, stacjonarny KGW 200l	12 217,17	NIE	Orzeczenie techniczne z dnia 07.03.2016. Brak możliwości wykorzystania kotła gazowego – 25propozycja kasacji i odsprzedaży kotła.	2001
25	Butla tlenowa : 52 sztuki	Od nr 3102-0020/1 do nr 3102-0020/9	40 litrów	Razem: 18 585,00	TAK	Orzeczenie techniczne z dnia 23.02.2016 – butle skorodowane, nieużywane od 2008 roku. Zawory niesprawne. Koszty regeneracji i walidacji nieopłacalne i przewyższają wartość butli.	Przyjęto od wojska w 2000 roku