

Zestawienie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, znajdujących się w posiadaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Lp.	Nazwa	Numer	J.m.	Ilość	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe
1.	Drukarka HP Laser Jet P2055d	ST005778/4	Szt.	1	438,00	Zamortyzowana - Drukarka uszkodzona . Brak części zamiennych do tego modelu.
2.	Aparat TERAPULS GS-200 (87011A)	004875/8	Szt.	1	1990,00	Zamortyzowany – Uszkodzona płyta główna.
3.	Urządzenie do trakcji odc. lędźw.	005457/8	Szt.	1	2354,00	Zamortyzowana
4.	Aparat D16 ULTRA (11038/03)	005178/8	Szt.	1	3611,20	Zamortyzowany - Uszkodzona głowica ultradźwiękowa.
5.	Zgrzewarka RS-3100	ST004779/8	Szt.	1	6727,00	Zamortyzowana – Uszkodzony element grzewczy.
6.	Betoniarka	5463/8	Szt.	1	1590,00	Zamortyzowana
7.	Łóżko do intensywnej terapii z materacem powietrznym Proma Reha SN 1311311114/1	006026/8	Szt.	1	29 989,44	Zamortyzowany – Uszkodzony siłownik, pęknięta rama łóżka oraz uszkodzony moduł zasilania.
8.	Pompa infuzyjna (SN:00216, SN: 00213)	004742/8 004744/8	Szt.	2	7746,00	Zamortyzowana – Uszkodzony moduł sterowania, uszkodzona bateria. Uszkodzona płyta główna.
9.	Pompa strzykawkowa deet 20/50/SN:14099	005266/8	Szt.	1	4066,00	Zamortyzowany - Uszkodzony moduł sterowania, uszkodzona bateria.
10.	Monitor PM 9000 Expres Opcja SN: W550174255	005247/8	Szt.	1	10000,00	Zamortyzowany – Nie pełni norm bezpieczeństwa elektrycznego.
11.	Defibrylator Lifepak 9B	4895/8	Szt	1	18511,00	Zamortyzowany - Uszkodzony moduł ładowania baterii.
12.	Komplet do monit.izol.: kamera, monitor, nagrywarka	005314/8	Kpl.	1	2256,61	Zamortyzowany

