

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, znajdujące się w posiadaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Marka/Firma/Model	Wartość początkowa	Zamortyzowano TAK / NIE	Orzeczenie techniczne	Rok produkcji
1	Aparat RTG Diagnostyczny 110 A	005143/8	Dynarad -aparat jezdny analogowy	60 390,00	TAK	Orzeczenie z dnia 22.05.2015: uszkodzony, naprawa nieopłacalna brak ważnego przeglądu	1997
2	Negatoskop	005241/8	NGP 8 1 HF	6045,00	TAK	Orzeczenie z dnia 22.05.2015: Uszkodzony, naprawa nieopłacalna z powodu braku możliwości użycia negatoskopu w systemie cyfrowym.	2005
3	Kaseta RTG Folia Curix Blue	001586/8	analogowa	1659,20	TAK	Brak możliwości użycia kaset i folii w systemie cyfrowym	1997
4	Fartuch ołowiany Rentgeno-ochronny	005123/8	-	2604,79	TAK	Fartuch zniszczony w wyniku eksploatacji	2003
5	Stół specjalistyczny ze stali nierdzewnej	005073/8	Stół sekcyjny Typ: NEBROPATH-Polska	1550,00	TAK	Brak możliwości użycia stołu z powodu gabarytu	1998
6	Steper	005521/8	-	1580,00	TAK	Orzeczenie z dnia 22.05.2015: Steper trwale uszkodzony mechanicznie, Naprawa nieopłacalna.	2009
7	Aparat do znieczulenia ogólnego	5134/8	SULLA 808 s/n ARDN 0014	70 695,00	TAK	Orzeczenie z dnia 04.05.2015: Aparat niekompletny brak monitora parametrów oddechowych, uszkodzony czujnik O ₂ , brak ważnego przeglądu. Aparat jest niesprawny, a naprawa wymaga wkładu finansowego i jest nieopłacalna.	1992