

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, znajdujące się w posiadaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:

Lp.	Nazwa	Numer	Firma	Cena początkowa	Wartość początkowa	Informacje dodatkowe
1.	Uniwersalny Monitor VIRDIA	ST004569/8	Viridia	35 847,82	8 988,00	Uszkodzona płyta główna PCB. Brak części zamiennych na rynku
2.	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne o napędzie elektrycznym	ST005 5198/8		17 781,26	17 781,26	Zamortyzowano - Uszkodzone siłowniku i moduł elektryczny. Brak części na rynku.
3.	Ultrasonograf ESAOTE typ AUK IDEA na wózku	ST004569/8100 0004569	ESAOTE	311 040,00	311 040,00	Zamortyzowany - Uszkodzona płyta główna. Brak części
4.	Przetwornik sektorowy 7,5	4660,8		22 500,00	22 500,00	Zamortyzowany -Uszkodzony, element nienaprawialny
5	Przetwornik sektorowy 2,8	4659/8		22 500,00	22 500,00	Zamortyzowany -Uszkodzony, element nienaprawialny
6	Defibrylator Lifepak 20	005234/8	Lifepak	29 960,00	29 960,00	Zamortyzowany - Aparat uszkodzony. Brak części zamiennych.
7	Kardiomonitor Diascope 0-2	0044953/8	Diascope	16 164,00	16 164,00	Zamortyzowany – Uszkodzona płyta główna (PCB). Brak części zamiennych.
8	Krzesiło kardiologiczne	005268/8		1986,99	1986,99	Zamortyzowane.
9	Aparat EKG Cardiovit	4896/8		5978,00	5978,00	Zamortyzowany – Uszkodzona płyta główna. Brak części na rynku